

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по применению набора реагентов для  
выявления антигенов вирусов  
Калифорнийской серогруппы и антител к ним  
методом иммуноферментного анализа  
«Биоскрин-КСГ»  
(комплект G)

**Е-1445**  
**Биоскрин-КСГ**  
**комплект G**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект «G» набора реагентов «БиоСкрин-КСГ» предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусам группы Калифорнийского энцефалита (КСГ) в сыворотке/плазме крови человека методом иммуноферментного анализа при проведении сероэпидемиологических и диагностических исследований.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

### 2.1. ПРИНЦИП МЕТОДА

На поверхности лунок полистиролового планшета иммобилизованы поликлональные мышинные IgG-антитела против вирусов группы Калифорнийского энцефалита (КСГ). В параллельные лунки планшета вносятся специфический антиген вирусов КСГ (С-лунка) и контрольный антиген (К-лунка). При инкубации в С-лунке вирусный антиген специфически связывается с антителами иммобилизованными на твердой фазе с образованием комплекса антиген-антитело, в К-лунке связывания не происходит. После отмывания вносят исследуемые образцы, каждый образец тестируется в двух параллельных С- и К-лунках. При наличии в образце антител к вирусам КСГ происходит их связывание с вирусным антигеном в С-лунке. На следующей стадии вносят конъюгат, представляющий собой мышинные моноклональные антитела к Fc-фрагменту иммуноглобулинов класса G человека, меченные пероксидазой хрена, который взаимодействует с комплексом антиген-антитело. После удаления несвязанных молекул конъюгата в лунки планшета добавляют индикаторный раствор, включающий субстрат и хромоген 3,3',5,5'-тетраметилбензидин. Ферментативная реакция пероксидазы с хромогеном приводит к образованию окрашенного продукта, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации специфических к вирусам КСГ IgG-антител в образце. После остановки реакции стоп-реагентом интенсивность окрашивания раствора измеряют на спектрофотометре по оптическому поглощению при длине волны 450 нм (длина волны сравнения 620-650 нм).

### 2.2. СОСТАВ НАБОРА

В состав набора входят следующие компоненты, упакованные в коробку:

Компонент	Описание	Количество
Иммуносорбент	Разборный полистироловый 96-луночный планшет для иммунологических реакций с прозрачным плоским дном лунок.	2 шт.
Положительный контрольный образец инактивированный K <sup>+</sup> G	Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость розового цвета.	0,3 мл 1 пробирка
Отрицательный контрольный образец инактивированный K <sup>-</sup> G	Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость синего цвета	0,3 мл 1 пробирка
Специфический антиген	Опалесцирующая жидкость светло-желтого цвета.	0,2 мл 1 пробирка
Контрольный антиген	Опалесцирующая жидкость светло-	0,2 мл

**Е-1445 Биоскрин-КСГ**  
комплект G

	желтого цвета.	1 пробирка
<b>Конъюгат</b>	Опалесцирующая жидкость светло-желтого цвета.	от 0,25 до 1,5 мл 1 пробирка
<b>Концентрат раствора № 1 для промывания планшетов (ˆ25)</b>	Пенящаяся прозрачная или опалесцирующая бесцветная жидкость, при хранении возможно расслоение и выпадение кристаллического осадка, растворяющегося при температуре от +35 °С до +37 °С в течение 30 минут.	25 мл 2 флакона
<b>Раствор для предварительного разведения сывороток</b>	Пенящаяся прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость синего цвета, возможно выпадение рыхлого комкующегося осадка разной интенсивности, легко разбивающегося при встряхивании	15 мл 1 флакон
<b>Раствор № 2 для разведения сывороток и антигена</b>	Прозрачная или опалесцирующая бесцветная пенящаяся жидкость, при хранении допускается выпадение рыхлого комкующегося осадка разной интенсивности, легко разбивающегося при встряхивании.	26 мл 2 флакона
<b>Раствор № 3 для разведения конъюгата</b>	Прозрачная или опалесцирующая бесцветная пенящаяся жидкость, при хранении допускается выпадение рыхлого комкующегося осадка разной интенсивности, легко разбивающегося при встряхивании.	26 мл 1 флакон
<b>Раствор № 4 для разведения хромогена</b>	Прозрачная бесцветная жидкость.	25 мл 1 флакон или 13 мл 2 флакона
<b>Хромоген</b>	Прозрачная бесцветная жидкость.	2,5 мл 1 пробирка
<b>Стоп-реагент</b>	Прозрачная бесцветная жидкость.	15 мл 1 флакон
<b>Планшет для предварительного разведения образцов</b>	Цельный или разборный полистироловый 96-луночный планшет с прозрачными бесцветными лунками с плоским дном.	1 шт.
<b>Ванночка для разведения реагентов</b>	Ванночка из пластика для 8-ми канального дозатора.	2 шт.
<b>Пленка для заклеивания планшета</b>	Самоклеющаяся влагонепроницаемая пленка.	2 шт.

Один набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные.

### **3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ**

Чувствительность набора по сывороткам стандартной панели предприятия, содержащим IgG-антитела к вирусам КСГ, составляет 100 %.

Специфичность набора по сывороткам стандартной панели предприятия, не содержащим IgG-антитела к вирусам КСГ, составляет 100 %.

**Специфический антигенный компонент набора реагентов полностью инактивирован и не содержит инфекционного вируса, однако при обследовании полевых или клинических материалов необходимо соблюдать меры предосторожности и обращаться с образцами, сточными растворами, а также с оборудованием и материалами, находящимися с ними в контакте, как с потенциально инфекционными в соответствии Санитарными правилами (СП 1.3.1287-03) «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности»:**

- не пипетировать растворы ртом, при работе использовать индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки и защитные очки);

- все отработанные растворы и отходы после завершения анализа обрабатывать в соответствии с установленными нормами безопасности (например, в течение 16-18 часов в растворе гипохлорита натрия в конечной концентрации 1 %);

- все твердые отходы сбрасывать в специальный контейнер с пломбируемой крышкой и затем подвергать автоклавированию в течение 60 мин при +121 °С или сжигать;

- инструменты и оборудование до и после работы протирать 70 %-м раствором этилового спирта;

- утилизировать отходы, соблюдая законодательство по охране окружающей среды.

### **4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА**

- дистиллированная или деионизированная вода;

- дезинфицирующие растворы, соответствующие санитарным требованиям;

- резиновые перчатки;

- спирт этиловый;

- пипетки одноканальные автоматические со сменными наконечниками, позволяющие отбирать объемы жидкостей от 0,01 мл до 5,0 мл, аттестованные по значению средней дозы и сходимости результатов пипетирования (погрешность не более 3 %);

- пипетки 8- или 12-канальные автоматические со сменными наконечниками позволяющие отбирать объемы жидкостей от 10 мкл до 100 мкл, аттестованные по значению средней дозы и сходимости результатов пипетирования (погрешность не более 3 %);

- центрифуга настольная на (3-10) тыс. об/мин для получения и осветления образцов;

- пробирки центрифужные полипропиленовые вместимостью (1,5-2,2) мл для получения, хранения, осветления образцов;
- мерный стакан или цилиндр вместимостью (250-500) мл;
- мерная посуда вместимостью до 25 мл;
- воздушный термостат на +37 °С;
- аппарат для промывания планшетов;
- спектрофотометр для измерения оптического поглощения в лунках планшета при длине волны 450 нм (длина волны сравнения 620-650 нм);
- контейнер для сброса твердых отходов;
- контейнер для слива использованных жидкостей;
- автоклав для инактивации отходов;
- вата гигроскопическая;
- фильтровальная бумага.

## **5. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ**

Для проведения анализа используются образцы сыворотки крови человека в объеме 20 мкл.

Для исключения ложных результатов исследуемые образцы необходимо готовить и хранить в условиях, предотвращающих бактериальный пророст. Следует осветлять образцы, содержащие агрегаты и осадок, центрифугированием ( $10 \pm 1$ ) мин при (2500-3000) об/мин. Собранные образцы хранить при температуре от +4 °С до +6 °С. Если образцы невозможно протестировать в течение 7 сут, то их следует хранить при температуре не выше -20 °С. При этом рекомендуется замораживать и оттаивать образцы не более одного раза.

Исследование образцов с выраженным гемолизом, гиперлипидемией, бактериальным проростом, а также длительно хранившихся без замораживания, может привести к получению ложных результатов.

Каждый исследуемый образец или буферный раствор необходимо отбирать новым наконечником.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Нельзя использовать компоненты из наборов разных серий или смешивать их в процессе приготовления растворов!**

**При инкубациях не располагать планшеты стопкой!**

Анализ проб следует проводить так, чтобы в случае отсутствия автоматического анализатора на одного оператора одновременно приходилось не более четырех планшетов.

## **6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ** (для проведения 16 анализов, включая контрольные).

Условия и сроки хранения компонентов набора после вскрытия индивидуальной упаковки приведены в таблице № 1:

Перед началом работы набор необходимо выдержать при комнатной температуре 30 минут.

Таблица 1

Компонент набора	Условия хранения	Срок хранения
Иммуносорбент	от +2 °С до +8 °С в плотно закрытом пакете	8 недель
Специфический и контрольный антигены	от +2 °С до +8 °С	8 недель
K <sup>+</sup> G, K <sup>-</sup> G, конъюгат, концентрат раствора № 1, раствор для предварительного разведения сывороток, растворы № 2, № 3, № 4, хромоген	от +2 °С до +8 °С	8 недель
Стоп-реагент	от +2 °С до +8 °С	до окончания срока годности набора

Раствор для предварительного разведения сывороток, растворы № 2, № 3, стоп-реагент поставляются в готовом виде. Перед использованием флаконы с растворами № 1, № 2, № 3 интенсивно встряхнуть.

6.1. Приготовление рабочего раствора № 1 для промывания планшетов.

Содержимое флакона с концентратом раствора № 1 интенсивно встряхнуть. При выпадении в концентрате кристаллов, его следует прогреть при температуре от +35 °С до +37 °С до полного растворения. 6 мл концентрата раствора № 1 перенести в мерную емкость, довести объем до метки 150 мл дистиллированной водой и тщательно перемешать.

Готовый раствор хранить не более 24 ч при температуре от +4 °С до +12 °С или 4 часа при температуре от +18 °С до +24 °С.

6.2. Подготовка испытуемых образцов.

6.2.1. Для проведения сероэпидемиологических исследований.

Испытуемые сыворотки развести в 10 раз раствором для предварительного разведения сывороток в планшете для предварительного разведения, перемешать пипетированием или с помощью встряхивателя. При внесении сывороток цвет раствора для предварительного разведения изменяется с синего на голубой.

6.2.2. Для проведения диагностических исследований.

Для лабораторного подтверждения диагноза Калифорнийского энцефалита рекомендуется исследовать парные сыворотки, полученные с интервалом от 7 до 14 сут. Каждый образец сыворотки следует титровать с двукратным шагом, начиная от 1:100. Для этого приготовить последовательные разведения каждого образца сыворотки, например, непосредственно в планшете для проведения реакции на этапе внесения сыворотки.

Разведенные сыворотки хранению не подлежат!

6.3. Приготовление раствора специфического антигена.

К 20 мкл специфического антигена добавить 2 мл раствора № 2.

6.4. Приготовление раствора контрольного антигена

К 20 мкл контрольного антигена добавить 2 мл раствора № 2.

Разведенные специфический и контрольный антигены не хранить!

#### 6.5. Приготовление рабочего разведения конъюгата.

Из пробирки с конъюгатом отобрать \_\_\_\_\_<sup>1</sup>мкл в чистую емкость и добавить 4 мл раствора № 3. Тщательно перемешать.

Готовый раствор рабочего разведения конъюгата хранить не более 15 мин при температуре от +9 °С до +25 °С в защищенном от света месте.

#### 6.6. Приготовление индикаторного раствора.

Отобрать 4,0 мл раствора № 4, поместить в чистую емкость и добавить 0,4 мл хромогена. Тщательно перемешать.

Готовый раствор хранению не подлежит.

**ВНИМАНИЕ!** Посуду и наконечники пипеток, контактирующие с раствором хромогена, буферной смесью с гидроперитом и индикаторным раствором, нельзя отмывать с применением синтетических моющих средств, поскольку даже их следы приводят к неконтролируемому разложению хромогена в ходе пероксидазной реакции. Избегать также контакта раствора хромогена с металлом.

### 7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Освободить планшет из упаковки и оставить в каретке необходимое количество стрипов. Остальные стрипы поместить обратно в пакет и хранить в соответствии с условиями, указанными в таблице 1.

#### 7.1 Внесение специфического и контрольного антигенов.

Во все С-лунки планшета внести по 100 мкл специфического антигена в рабочем разведении (п. 6.3.).

Во все К-лунки планшета внести по 100 мкл контрольного антигена в рабочем разведении (п. 6.5.).

Планшет заклеить листом пленки и выдержать в течение 60 мин при температуре (+37±1) °С.

#### 7.2. Промывание.

Удалить жидкость из лунок с помощью аппарата для промывания планшетов. Промыть планшет **трехкратно** рабочим раствором № 1 (см. п. 6.1.), внося его в лунки по 250 мкл и выдерживая в лунках не менее 20 с.

**ВНИМАНИЕ!** Недостаточное промывание планшетов может привести к получению ложных результатов.

#### 7.3. Внесение контрольных и испытуемых образцов сывороток.

Для каждого исследуемого образца использовать две параллельные лунки, обозначаемые в дальнейшем как С-лунка и К-лунка (см. Таблицу 2).

В две С-лунки и в две К-лунки внести по 90 мкл раствора № 2 и по 10 мкл каждого контрольного образца (K<sup>+</sup>G и K<sup>-</sup>G).

В свободные лунки внести по 90 мкл раствора № 2 и по 10 мкл 10-кратно разведенных исследуемых образцов из планшета для предварительного разведения (см. п. 6.2.).

---

<sup>1</sup> Объем отбираемого раствора индивидуален для каждой серии набора и указан в Инструкции, вкладываемой в наборы соответствующей серии.

Таблица 2. Рекомендуемая схема внесения контрольных и испытуемых образцов.

	1	2	3	4
A	K <sup>-</sup> G	K <sup>-</sup> G	№ 5	№ 5
B	K <sup>-</sup> G	K <sup>-</sup> G	№ 6	№ 6
C	K <sup>+</sup> G	K <sup>+</sup> G	№ 7	№ 7
D	K <sup>+</sup> G	K <sup>+</sup> G	№ 8	№ 8
E	№ 1	№ 1	№ 9	№ 9
F	№ 2	№ 2	№ 10	№ 10
G	№ 3	№ 3	№ 11	№ 11
H	№ 4	№ 4	№ 12	№ 12
	С-лунки	К-лунки	С-лунки	К-лунки

Планшет заклеить новым листом пленки и выдержать в течение 60 мин. При температуре (+37±1) °С.

7.4. Промывание. Повторите процедуры, описанные в п. 7.2.

7.5. Во все лунки планшета внести по 100 мкл рабочего разведения конъюгата (п. 6.5.). Планшет заклеить новым листом пленки и выдержать в течение 60 мин при температуре (+37±1) °С.

7.6. Промывание. Удалить жидкость из лунок с помощью аппарата для промывания планшетов. Промыть планшет **шестикратно** рабочим раствором № 1 (см. п. 6.1.), внося его в лунки по 250 мкл и выдерживая в лунках не менее 20 с.

7.7. В каждую лунку планшета внести по 100 мкл индикаторного раствора (п. 6.6.). Планшет поместить в защищенное от света место на 15 мин при температуре от +15 °С до +25 °С.

7.8. Остановить пероксидазную реакцию путем внесения во все лунки по 50 мкл стоп-реагента и немедленно провести учет результатов.

## 8. РЕГИСТРАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Измерение оптической плотности (ОП) проводить при длине волны 450 нм. Рекомендуемая длина волны сравнения (620-650) нм. Выведение спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») возможно осуществлять по воздуху.

8.1. Результаты измерения, полученные на контрольных образцах должны удовлетворять следующим требованиям:

среднее значение ОП в С-лунках с положительным контролем	не менее 0,80
среднее значение ОП в К-лунках с положительным контролем	не более 0.20
среднее значение ОП в С-лунках с отрицательным контролем	не более 0.20
среднее значение ОП в К-лунках с отрицательным контролем	не более 0.20

При получении иных показателей исследование повторить.



8.2. Рассчитать среднее арифметическое значение  $ОП_{СРКГ}$  для КГ по двум С-лункам

Исследуемый образец считается положительным, если:

1. ОП в С-лунке  $\geq 0,35$
2. ОП в С-лунке  $> 3 \times ОП_{СРКГ}$
3. ОП в С-лунке  $> 3 \times ОП$  в К-лунке
4. ОП в К-лунке  $\leq 0,3$  о.е.

Если ОП для исследуемого образца в К-лунке превышает 0,3 о.е., то такой результат рассматривается как неопределенный и рекомендуется исследовать образец, повторно взятый у того же пациента через неделю. Оценку результатов следует проводить на основании сравнения исследования сывороток от одного пациента на одном рабочем планшете. При повторном получении сомнительного результата рекомендуется тестировать эти образцы другими методами.

При необходимости возможно определение титра IgG-антител в исследуемых сыворотках. Титром антител является последнее разведение сыворотки, при котором результат анализа является положительным. Оценку результатов диагностических исследований следует проводить на основании сравнения титров парных сывороток от одного пациента, определенных на одном рабочем планшете. Выявленная сероконверсия может свидетельствовать о наличии первичной инфекции. В таком случае образцы необходимо обследовать на IgM-антитела.

## 9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Набор транспортируют и хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от +2 °С до +8 °С. Замораживание не допускается. Допускается транспортирование в течение 3 суток при температуре от +9 °С до +25 °С.

Условия отпуска: для диагностики *in vitro* в лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемиологических учреждениях.

Рекламации на качество набора направлять в ЗАО БТК «Биосервис» по адресу: 115088, г. Москва, а/я 20, тел./факс (495) 674-5605.

## 10. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора 12 месяцев. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.